검 사 성 적 서

FINAL INSPECTION REPORT · (주)스마텍

SMT-2026-R-000055
발행일: 2026.11.03

— 01 장비 정보

고객사 · CUSTOMER
J사

장비 · EQUIPMENT
EDWARDS nXDS10i
S/N: 139472216
전압: 220V 1PH

— 02 검사 결과

검사 항목	단위	기준값	측정값	N/A	판정
Vacuum Test (Single)	Torr	5.0 x 10-2 이하	8.3 x 10-3 Torr		PASS
Current (Single)	A	4.8 A 이하	1.1 A		PASS
Body temp	°C	60 °C 이하	35 °C		PASS
Leak (sys.mod)	mbar·ℓ/sec	P/F	PASS		PASS
Oil leak	유/무	무	N / A		
Water leak	유/무	무	N / A		
Noise	유/무	무	무		PASS
Function test	정상/이상	정상	정상		PASS
Test time	hr	4hr 이상	16hr		PASS

— 03 검사자 확인

검사자 · INSPECTOR
(주)스마텍 서비스팀

확인일 · DATE
2026.11.03